

事 務 連 絡

平成22年6月3日

各都道府県消防防災主管部(局)長 殿

消防庁救急企画室長

自動体外式除細動器の自主回収について（情報提供）

平素より救急行政にご理解ご協力いただき、お礼申し上げます。

この度、レールダルメディカルジャパン(株)より、別添のとおり、自動体外式除細動器（ハートスタートFR2+）の自主回収について情報提供がありました。

別添の内容については、近日中にレールダルメディカルジャパン(株)から当該機種を納入している消防本部に対し、送付される予定です。

つきましては、速やかに適切な対応が図られるよう、管下消防本部へ周知方お願いいたします。

連絡先

総務省消防庁救急企画室

長谷川・梅 澤・橋 口

電話 03-5253-7529

LMJS10-0112

2010年6月

総務省消防庁  
救急企画室長 殿

ハートスタートFR2 に関する重要なお知らせ

拝啓 ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。日頃から弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、フィリップスエレクトロニクスジャパン社よりハートスタート FR2 に関して通常の製品に比べて故障率の高いボルテージディテクタ(電圧検出器)と呼ばれる電子部品が搭載されている可能性があり、一部の製品を交換する旨の発表がありました。弊社はこれを受け、順次対象製品の交換を無償にて行います。製造販売元からのお知らせにもあります通り、緊急使用時の本事象の発生及び健康被害の報告は受けておりません。お持ちの機器は交換機の到着まで問題なく継続してご使用いただけますが、毎日の機器点検としてステータス・インジケータが使用可能状態であることの確認をしていただきますよう、お願い申し上げます。

お客様には、たいへんご迷惑ご心配をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

この件に関しまして、ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン  
AED コールセンター 0120-802-337

レールダルメディカルジャパン株式会社  
カスタマーサービス 0120-309-060

敬具

レールダル メディカル ジャパン 株式会社

LMJS

2010年6月

お客様各位

ハートスタートFR2 に関する重要なお知らせ

拝啓 ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。日頃から弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

このたび、フィリップスエレクトロニクスジャパン社よりハートスタート FR2 に関して通常の製品に比べて故障率の高いボルテージディテクタ(電圧検出器)と呼ばれる電子部品が搭載されている可能性があり、一部の製品を交換する旨の発表がありました。弊社はこれを受け、順次対象製品の交換を無償にて行います。製造販売元からのお知らせにもあります通り、緊急使用時の本事象の発生及び健康被害の報告は受けておりません。お持ちの機器は交換機の到着まで問題なく継続してご使用いただけますが、毎日の機器点検としてステータス・インジケータが使用可能状態であることの確認をしていただきますよう、お願い申し上げます。

お客様には、たいへんご迷惑ご心配をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

この件に関しまして、ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン  
AED コールセンター 0120-802-337

レールダルメディカルジャパン株式会社  
カスタマーサービス 0120-309-060

敬具

レールダル メディカル ジャパン 株式会社

QSR1044-2  
2010年5月31日

レールダルメディカルジャパン株式会社 御中

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

## ハートスタート FR2+に関する製品対応に関して

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、弊社より販売いたしましたハートスタートFR2+において2007年5月から2010年5月までに製造された製品の一部に、通常の製品に比べて故障率の高いボルテージディテクタと呼ばれる電子部品が搭載されている可能性があることが判明いたしました。しかしながら、本AEDは自動的に毎日実施されるセルフテスト機能を有しており、当該部品の故障によりバッテリー容量が低下した場合でもセルフテストでステータス・インジケータに使用注意状態が表示され、警告音が鳴ったり、使用不可状態が表示されたりして事前に確認することができます。

当該故障につきましては、すべてセルフテストにおいて検出され、現在まで、当該AEDの緊急使用時にこの故障が発生したとの報告は受けておりません。また、健康被害についても報告されておりません。

弊社としましては、予防措置として対象機器を使用しているお客様へ注意喚起文書を配布し、対象となる製品を交換することを決定いたしました。

この件に関しまして販売店様にはご心配、並びにご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく存じます。

弊社といたしましては、今後も引き続き製品の品質管理には十分に配慮する所存でございます。多大なご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、弊社担当営業または、AED コールセンターまでご連絡ください。

敬具

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン  
AED コールセンター 0120-802-337  
受付時間: 9:00~18:00(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

QSR1045  
2010年5月31日

お客様各位

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

## ハートスタート FR2+に関する重要なお知らせ

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、弊社より販売いたしましたハートスタートFR2+において2007年5月から2010年5月までに製造販売された製品の一部に、通常の製品に比べて故障率の高いボルテージディテクタと呼ばれる電子部品が搭載されている可能性があることが判明致しました。しかしながら、本AEDは自動的に毎日実施されるセルフテスト機能を有しておりますので当該故障が発生した場合でも下記に示すように事前に確認することができます。当該故障につきましては、すべてセルフテストにおいて検出され、現在まで、緊急使用時にこの故障が発生したとの報告は受けておりません。また、健康被害についても報告されておりません。

お客様にはご心配、ならびにご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。弊社といたしましては、全力をあげて対処し製品の品質管理につとめていく所存でございますので、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

【販売名】 ハートスタート FR2+ 【型式】 M3860A、M3861A、M3840A、M3841A

### 【お客様へのお願い】

上記型式のうち、対象となる製品につきましては、弊社または販売店の担当者が訪問し製品の交換を致します。交換時期等については別途ご連絡いたします。

また、毎日の機器点検としてステータス・インジケータが下図のように使用可能状態(点滅する黒い砂時計表示)であることの確認をお願い致します。

使用可能状態



毎日の機器点検時に下図のようにバッテリー容量が低下したことによる使用注意状態(赤い×印の点滅)あるいは使用不可状態(赤い×印の点灯)であった場合は、今回の故障の可能性が考えられます。直ちに弊社又は販売店までご連絡ください。



使用注意状態

赤い×印の点滅と  
ピッ...ピッ...ピッ  
という警告音



使用不可状態

この件につきまして、ご不明な点がございましたら下記弊社 AED コールセンターまでご連絡ください。

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン  
AED コールセンター 0120-802-337  
受付時間: 9:00~18:00(土・日・祝祭日・年末年始を除く)  
URL [www.medical.philips.com/jp](http://www.medical.philips.com/jp)

お客様各位

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

## ハートスタート FR2+に関するお知らせ (自主回収対象外の製品)

拝啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたび、弊社より販売いたしましたハートスタートFR2+において2007年5月から2010年5月までに製造販売された製品の一部に、通常の製品に比べて故障率の高いボルテージディテクタと呼ばれている電子部品が搭載されている可能性があることが判明致しました。しかしながら、本AEDは自動的に毎日実施されるセルフテスト機能を有しておりますので当該故障が発生した場合でもステータス・インジケータにて事前に確認することができます。

今回の自主回収対象製品は、その対象製品をお使いのお客様には、別途文書にてご連絡しております。

お客様がご使用されておりますハートスタートFR2+につきましては、今回の自主回収の対象ではございませんので通常通り問題なくご使用いただけます。また、ハートスタートHS1、FRxにつきましても、今回の自主回収の対象ではございません。

お客様にはご心配、ならびにご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。弊社といたしましては、今後も引き続き機製品の品質管理につとめていく所存でございますので、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

なお、お客様の機器は、自主回収対象外の製品ですが、AEDの適切な管理のために、毎日の機器点検としてステータス・インジケータが使用可能状態(点滅する黒い砂時計表示)であることの確認をお願いします。

使用可能状態




毎日の機器点検時に下図のように使用注意状態(赤い×印の点滅)あるいは使用不可状態(赤い×印の点灯)であった場合は、直ちに弊社又は販売店までご連絡ください。



使用注意状態

赤い×印の点滅と  
ピッ...ピッ...ピッ  
という警告音



使用不可状態

この件に関しまして、ご不明な点がございましたら下記弊社 AED コールセンターまでご連絡ください。

敬具

| No | Material   | 顧客名              |
|----|------------|------------------|
| 2  | M3840A-ABJ | 美幌消防署            |
| 3  | M3840A-ABJ | 村山市消防            |
| 4  | M3840A-ABJ | 玉野市消防本部          |
| 5  | M3840A-ABJ | 流山               |
| 6  | M3840A-ABJ | 流山               |
| 7  | M3840A-ABJ | 流山               |
| 8  | M3840A-ABJ | 防府市消防本部          |
| 9  | M3840A-ABJ | 防府市消防本部          |
| 10 | M3840A-ABJ | 防府市消防本部          |
| 11 | M3840A-ABJ | 防府市消防本部          |
| 12 | M3840A-ABJ | 養父市消防本部          |
| 13 | M3840A-ABJ | 周南市消防本部          |
| 14 | M3840A-ABJ | 紀北消防組合           |
| 16 | M3840A-ABJ | 河内長野市消防          |
| 17 | M3840A-ABJ | 豊田中消防            |
| 18 | M3840A-ABJ | 豊田中消防            |
| 19 | M3840A-ABJ | 豊田中消防            |
| 20 | M3840A-ABJ | 豊田中消防            |
| 21 | M3840A-ABJ | 東藻琴消防            |
| 22 | M3840A-ABJ | 大野市消防本部          |
| 23 | M3840A-ABJ | 館林               |
| 24 | M3840A-ABJ | 県央広域消防本部         |
| 25 | M3840A-ABJ | 森中央クリニック(消防署寄付)  |
| 26 | M3840A-ABJ | 八千代              |
| 27 | M3840A-ABJ | 八千代              |
| 28 | M3840A-ABJ | 八千代              |
| 29 | M3840A-ABJ | 可茂消防事務組合         |
| 30 | M3840A-ABJ | 竹田市消防本部          |
| 31 | M3840A-ABJ | 可茂消防事務組合         |
| 32 | M3840A-ABJ | 八戸地域広域市町村圏組合消防本部 |
| 33 | M3840A-ABJ | 網走消防             |
| 34 | M3840A-ABJ | 児玉               |
| 35 | M3840A-ABJ | 岩見沢消防            |
| 36 | M3840A-ABJ | 知多中部広域消防         |
| 38 | M3840A-ABJ | 羽咋郡市広域消防本部       |
| 39 | M3840A-ABJ | 羽咋郡市広域消防本部       |
| 40 | M3840A-ABJ | 羽咋郡市広域消防本部       |
| 41 | M3840A-ABJ | にかほ消防            |
| 42 | M3840A-ABJ | 尾道市消防局           |
| 43 | M3840A-ABJ | 大曲消防             |
| 44 | M3840A-ABJ | 根室消防             |
| 45 | M3840A-ABJ | 大島消防瀬戸内署         |
| 46 | M3840A-ABJ | 北見消防本部(寄贈分)      |
| 47 | M3840A-ABJ | 北見消防本部(寄贈分)      |
| 51 | M3840A-ABJ | 安房郡市消防本部         |
| 52 | M3840A-ABJ | 鹿児島市消防局          |
| 53 | M3840A-ABJ | 安房               |
| 54 | M3840A-ABJ | 甲府地区消防本部西消防署     |
| 55 | M3840A-ABJ | 甲府地区消防本部         |
| 56 | M3840A-ABJ | 大隈肝属地区消防組合       |
| 57 | M3840A-ABJ | 大隈肝属地区消防組合       |
| 58 | M3840A-ABJ | 大隈肝属地区消防組合       |
| 78 | M3840A-ABJ | 山県市消防本部          |
| 79 | M3840A-ABJ | 岩内寿都地方消防組合泊村消防   |
| 80 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局           |
| 81 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局           |

|     |            |                     |
|-----|------------|---------------------|
| 82  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 83  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 84  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 85  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 86  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 87  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 88  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 89  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 90  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 91  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 92  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 93  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 94  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 95  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 96  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 97  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 98  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 99  | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 100 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 101 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 102 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 103 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 104 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 105 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 106 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 107 | M3840A-ABJ | 新潟市消防局              |
| 108 | M3840A-ABJ | 静岡県消防学校             |
| 109 | M3840A-ABJ | 三原市消防本部             |
| 110 | M3840A-ABJ | 朝来市消防本部             |
| 111 | M3840A-ABJ | 朝来市消防本部             |
| 112 | M3840A-ABJ | 呉市消防局(阿賀・長浜)        |
| 113 | M3840A-ABJ | 呉市消防局(阿賀・長浜)        |
| 114 | M3840A-ABJ | 北上消防                |
| 115 | M3840A-ABJ | 横浜市安全管理局 港南消防署      |
| 116 | M3840A-ABJ | 広島市消防局救急救命士養成所      |
| 117 | M3840A-ABJ | 大隈肝属消防              |
| 118 | M3840A-ABJ | 北見消防(白樺ライオンズクラブ寄贈分) |
| 119 | M3840A-ABJ | 静岡県消防学校             |
| 120 | M3840A-ABJ | 南魚沼市消防本部湯沢分署        |
| 138 | M3840A-ABJ | 上尾                  |
| 139 | M3840A-ABJ | 上尾                  |
| 140 | M3840A-ABJ | 長生                  |
| 141 | M3840A-ABJ | 西伊豆広域消防組合           |
| 142 | M3840A-ABJ | 比企                  |
| 143 | M3840A-ABJ | 比企                  |
| 154 | M3840A-ABJ | みよし広域池田消防           |
| 155 | M3840A-ABJ | 鳴門市消防本部             |
| 156 | M3840A-ABJ | 知内消防                |
| 157 | M3840A-ABJ | 比企                  |
| 159 | M3840A-ABJ | 倉敷市消防局              |
| 160 | M3840A-ABJ | 阿蘇広域消防              |
| 161 | M3840A-ABJ | 天童市消防署              |
| 162 | M3840A-ABJ | 西春日井広域事務組合西消防署      |
| 164 | M3840A-ABJ | 八千代                 |
| 165 | M3840A-ABJ | 養父市消防署              |
| 166 | M3840A-ABJ | 菊川市消防本部             |
| 167 | M3840A-ABJ | 敷市消防局水島消防署          |



|     |            |                |
|-----|------------|----------------|
| 171 | M3840A-ABJ | 吹田市消防          |
| 172 | M3840A-ABJ | 吹田市消防          |
| 173 | M3840A-ABJ | 吹田市消防          |
| 174 | M3840A-ABJ | 吹田市消防          |
| 175 | M3840A-ABJ | 加古川市消防本部       |
| 176 | M3840A-ABJ | 知多南部消防組合       |
| 177 | M3840A-ABJ | 熊谷             |
| 178 | M3840A-ABJ | 粕屋南部消防 高規格     |
| 179 | M3840A-ABJ | 豊田市消防本部        |
| 180 | M3840A-ABJ | 瑞浪市消防本部        |
| 181 | M3840A-ABJ | 高松市消防本部塩江出張所   |
| 182 | M3840A-ABJ | 高松市消防本部塩江出張所   |
| 184 | M3840A-ABJ | 姫路市消防局姫路東署豊富出張 |
| 185 | M3840A-ABJ | 海部南部消防組合消防本部   |
| 186 | M3840A-ABJ | 阿蘇広域消防         |
| 188 | M3841A-ABJ | 市原             |
| 190 | M3841A-ABJ | 渋 渋谷消防         |
| 191 | M3841A-ABJ | 帯広消防本部(寄贈分)    |
| 192 | M3841A-ABJ | 東 深川消防         |
| 193 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 194 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 195 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 196 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 197 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 198 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 199 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 200 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 201 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 202 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 203 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 204 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 205 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 206 | M3841A-ABJ | 京都市消防団竹間分団     |
| 207 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 208 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 209 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 210 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 211 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 212 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 213 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 214 | M3841A-ABJ | 渋川市消防本部        |
| 215 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 216 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 217 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 218 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 219 | M3841A-ABJ | 京都市消防右京消防団弓削分団 |
| 220 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 221 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 222 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 223 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 224 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 225 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 226 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 227 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 228 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 229 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |
| 230 | M3841A-ABJ | 京都市消防団         |

|     |            |                  |
|-----|------------|------------------|
| 231 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 232 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 233 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 234 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 235 | M3841A-ABJ | 京都市消防局           |
| 236 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 237 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 238 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 239 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 240 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 241 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 242 | M3841A-ABJ | 渋川市消防本部          |
| 243 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 244 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 245 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 246 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 247 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 248 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 249 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 250 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 251 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 252 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 253 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 254 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 255 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 256 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 257 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 258 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 259 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 260 | M3841A-ABJ | 京都市消防団           |
| 261 | M3841A-ABJ | 垂水防火安全協会(神戸市消防局) |
| 262 | M3841A-ABJ | 垂水防火安全協会(神戸市消防局) |
| 264 | M3841A-ABJ | 渋川市消防本部          |
| 266 | M3841A-ABJ | 泉大津消防            |
| 267 | M3841A-ABJ | 下松市消防本部          |
| 274 | M3841A-ABJ | 横浜市安全管理局 金沢消防署   |
| 275 | M3841A-ABJ | 横浜市安全管理局 金沢消防署   |
| 276 | M3841A-ABJ | 横浜市安全管理局 金沢消防署   |
| 277 | M3841A-ABJ | 横浜市安全管理局 金沢消防署   |
| 278 | M3841A-ABJ | 焼津市消防防災局         |
| 281 | M3841A-ABJ | 北アルプス広域消防本部      |
| 286 | M3841A-ABJ | 下北風間浦消防          |
| 287 | M3841A-ABJ | 下北大畑消防           |
| 288 | M3841A-ABJ | 鹿児島県消防学校         |
| 289 | M3841A-ABJ | 長崎市消防局           |
| 290 | M3841A-ABJ | 福岡市消防博多署         |
| 291 | M3841A-ABJ | 名古屋市消防局中消防署      |
| 292 | M3841A-ABJ | 相模原              |
| 293 | M3841A-ABJ | 南薩摩地区消防組合        |
| 294 | M3841A-ABJ | 南薩地区消防本部枕崎消防署    |
| 295 | M3841A-ABJ | 山梨県消防設備協会        |
| 297 | M3841A-ABJ | 甲府地区消防本部         |
| 298 | M3841A-ABJ | 都 町田市消防団         |
| 299 | M3841A-ABJ | 多治見市消防本部         |
| 300 | M3841A-ABJ | 名古屋市消防局熱田消防署     |
| 301 | M3841A-ABJ | 田方消防             |
| 302 | M3841A-ABJ | 鹿行               |

|     |             |                |
|-----|-------------|----------------|
| 303 | M3841A-ABJ  | たつの市消防         |
| 304 | M3841A-ABJ  | 津市F/D          |
| 305 | M3841A-ABJ  | 三木市消防本部        |
| 316 | M3841A-ABJ  | 浦幌消防署          |
| 317 | M3841A-ABJ  | 浦幌消防署          |
| 318 | M3841A-ABJ  | 長崎市消防局         |
| 319 | M3841A-ABJ  | 長野市消防局         |
| 320 | M3841A-ABJ  | 長野市消防局         |
| 321 | M3841A-ABJ  | 長野市消防局         |
| 322 | M3841A-ABJ  | 宮津与謝消防組合消防本部   |
| 323 | M3841A-ABJ  | 宇都宮市消防本部       |
| 325 | M3841-RFABJ | 豊中市消防本部北署桜井谷出張 |
| 329 | M3840A-ABJ  | 魚沼市消防本部渋川出張所   |
| 331 | M3840A-ABJ  | 新潟市消防局         |
| 332 | M3840A-ABJ  | 新潟市消防局         |
| 340 | M3840A-ABJ  | 宮城県総務部消防課防災へり  |
| 341 | M3840A-ABJ  | 山形市消防          |
| 342 | M3840A-ABJ  | 戸市消防局          |
| 344 | M3840A-ABJ  | 吹田市消防          |
| 345 | M3840A-ABJ  | 吹田市消防          |
| 346 | M3840A-ABJ  | 吹田市消防          |
| 347 | M3840A-ABJ  | 吹田市消防          |
| 348 | M3840A-ABJ  | 吹田市消防          |
| 349 | M3840A-ABJ  | 吹田市消防          |
| 350 | M3840A-ABJ  | 吹田市消防          |
| 351 | M3840A-ABJ  | 加古川市消防本部       |
| 352 | M3840A-ABJ  | 熊谷             |
| 353 | M3840A-ABJ  | 大曲消防           |
| 354 | M3840A-ABJ  | 豊田市消防本部        |
| 355 | M3840A-ABJ  | 高松市消防局朝日分署     |
| 356 | M3840A-ABJ  | 高松市消防局朝日分署     |
| 357 | M3840A-ABJ  | 宮崎市消防局警防課      |
| 359 | M3840A-ABJ  | 松山市消防局         |
| 360 | M3840A-ABJ  | 松山市消防局         |
| 361 | M3840A-ABJ  | 姫路市消防局         |
| 362 | M3840A-ABJ  | 3笠岡地区消防組合      |
| 367 | M3840A-ABJ  | 船橋             |
| 368 | M3840A-ABJ  | 船橋             |
| 369 | M3840A-ABJ  | 湖南広域行政組合消防本部   |
| 370 | M3840A-ABJ  | 湖南広域行政組合消防本部   |
| 371 | M3840A-ABJ  | 島市消防局 安佐北消防署   |
| 372 | M3840A-ABJ  | 広島市消防局         |
| 373 | M3840A-ABJ  | 豊後大野消防         |
| 374 | M3840A-ABJ  | 田原市消防本部 渥美分署   |
| 375 | M3840A-ABJ  | 川西市消防局北消防署     |
| 376 | M3840A-ABJ  | 浜松市消防本部南消防署    |
| 377 | M3840A-ABJ  | 大館消防           |
| 378 | M3840A-ABJ  | 伊勢崎消防本部        |
| 380 | M3840A-ABJ  | 福山地区消防組合消防本部   |
| 381 | M3840A-ABJ  | 松山市消防局         |
| 382 | M3840A-ABJ  | 宇都宮            |
| 383 | M3840A-ABJ  | 岡崎市消防本部        |
| 384 | M3840A-ABJ  | 淡路広域消防事務組合消防本部 |
| 385 | M3840A-ABJ  | 岡崎市消防本部        |
| 386 | M3840A-ABJ  | 静岡市消防防災局       |
| 387 | M3840A-ABJ  | 宇都宮            |
| 388 | M3840A-ABJ  | 宇都宮            |

|     |             |                   |
|-----|-------------|-------------------|
| 389 | M3840A-ABJ  | 宇治市消防本部榎島分署       |
| 390 | M3840A-ABJ  | 丹波市消防本部           |
| 391 | M3840A-ABJ  | 宮崎市消防局警防課         |
| 392 | M3840A-ABJ  | 宮崎市消防局警防課         |
| 393 | M3840A-ABJ  | 大阪市消防学校           |
| 395 | M3840A-ABJ  | 都 東京消防庁航空隊(保健福祉局) |
| 396 | M3840A-ABJ  | 大島地区消防本部瀬戸内署      |
| 397 | M3840A-ABJ  | 大阪市消防学校           |
| 398 | M3840A-ABJ  | 都 東京消防庁航空隊(保健福祉局) |
| 399 | M3840A-ABJ  | 西宮市消防局            |
| 400 | M3840A-ABJ  | 恵那市消防本部           |
| 401 | M3840A-ABJ  | 城陽市消防本部           |
| 402 | M3840A-ABJ  | 長崎市消防局時津町出張所      |
| 403 | M3840A-ABJ  | 宇都宮               |
| 404 | M3840A-ABJ  | 宇都宮               |
| 405 | M3840A-ABJ  | 宇都宮               |
| 406 | M3840A-ABJ  | 宇都宮               |
| 407 | M3840A-ABJ  | 宇都宮               |
| 408 | M3840A-ABJ  | 宇都宮               |
| 409 | M3840A-ABJ  | 宇都宮               |
| 410 | M3840A-ABJ  | 鶴岡消防              |
| 411 | M3840A-ABJ  | 宇都宮               |
| 412 | M3840A-ABJ  | 福山地区消防組合          |
| 413 | M3840A-ABJ  | 香取                |
| 414 | M3840A-ABJ  | 知多市消防本部           |
| 420 | M3840A-ABJ  | 豊橋市消防本部           |
| 426 | M3840A-ABJ  | 玉野市消防本部           |
| 427 | M3840A-ABJ  | 有田川町消防本部          |
| 428 | M3840A-ABJ  | 蒲郡市消防本部           |
| 429 | M3840A-ABJ  | 名古屋市消防局           |
| 431 | M3840A-ABJ  | 多治見市消防本部          |
| 432 | M3840A-ABJ  | 尾三消防本部            |
| 433 | M3840A-ABJ  | 長崎市消防局            |
| 434 | M3840A-ABJ  | 春日井市消防本部          |
| 435 | M3841A-ABJ  | 宇都宮市消防本部          |
| 436 | M3841A-ABJ  | 京都市消防局消防団 北消防署    |
| 437 | M3841A-ABJ  | 京都市消防局消防団 北消防署    |
| 453 | M3840-RFABJ | 男鹿地区消防本部          |
| 454 | M3840-RFABJ | 淡路広域消防本部岩屋分署      |
| 455 | M3840-RFABJ | いわき市消防本部勿来消防署     |
| 456 | M3840-RFABJ | 粟市消防本部千種出張所       |
| 458 | M3840-RFABJ | 廿日市消防本部 宮島消防署     |
| 460 | M3840-RFABJ | 渋川広域消防本部          |
| 462 | M3840-RFABJ | 黒川地区消防本部          |
| 463 | M3840-RFABJ | 東海市消防本部           |
| 464 | M3840-RFABJ | 加東市消防本部           |
| 465 | M3840-RFABJ | 田市消防本部三隅出張所       |
| 467 | M3841-RFABJ | 東京消防庁八王子署元八王子出    |
| 468 | M3841-RFABJ | 杵藤地区消防本部鹿島消防署     |
| 470 | M3841-RFABJ | 東京消防庁本田署上平井出張所    |
| 471 | M3841-RFABJ | 東京消防庁足立署神明出張所     |